

 Kalibrasyon TS EN ISO/IEC 17025 AB-0263-K	AKTEK ENDÜSTRİYEL EKİPMAN VE ENSTRÜMANTASYON LİMİTED ŞİRKETİ Akreditasyon No: AB-0263-K Revizyon No: 01 Tarih: 20.11.2023 Kalibrasyon Laboratuvarı <table><tr><td>Adresi : DUDULLU OSB MAH. İMES-204 SK. B BLOK NO:40 ÜMRANİYE İstanbul / Türkiye</td><td>Telefon : +90 216 540 7300 Fax : - E-Posta : info@aktek.com.tr Web Sitesi : www.aktek.com.tr</td></tr></table>	Adresi : DUDULLU OSB MAH. İMES-204 SK. B BLOK NO:40 ÜMRANİYE İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 540 7300 Fax : - E-Posta : info@aktek.com.tr Web Sitesi : www.aktek.com.tr
Adresi : DUDULLU OSB MAH. İMES-204 SK. B BLOK NO:40 ÜMRANİYE İstanbul / Türkiye	Telefon : +90 216 540 7300 Fax : - E-Posta : info@aktek.com.tr Web Sitesi : www.aktek.com.tr		

Kalibrasyon ve Ölçüm Yeteneği (CMC)				
Akışkan Büyüklükler				
Ölçüm Büyüklüğü / Kalibre Edilen Cihazlar	Ölçüm Aralığı	Ölçüm Şartları	Genişletilmiş Ölçüm Belirsizliği (k=2)	Açıklamalar / Kalibrasyon Metodu
Hacimsel Sıvı Debisi Hacimsel Su Debisi Su Sayacı Akış Ölçer	0,25 m³/h ≤ Q <44 m³/h	(15-30)°C Su	%0,13	2014/32/AB Direktifi (EK-1) TS EN ISO 4064-2 Standardına göre hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Hacimsel/Hacimsel Referans Debimetre Ölçüm Sistemi Q: Debi (m³/h)
Kütleli Sıvı Debisi Kütleli Su Debisi Debimetre	5 t/h ≤ Q _m <44 t/h	(15-30)°C Su	%0,10	2014/32/AB Direktifi (EK-1) ISO 4185 ve TS EN ISO 4064-2 Standardına göre hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Kütleli/Kütleli Referans Debimetre Ölçüm Sistemi Q _m : Kütleli Debi (ton/h)
Hacimsel Sıvı Debisi Hacimsel Su Debisi	1 m³/h ≤ Q < 120 m³/h	(15-30)°C Su	%0,65	Açık Kanal Debi Ölçüm Sistemi TS EN ISO 1438 Standardına göre hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Hacimsel Referans Debimetre Ölçüm Sistemi Q: Debi (m³/h)
Hacimsel Sıvı Debisi Hacimsel Su Debisi	1 m³/h ≤ Q <120 m³/h 35 m³/h ≤ Q <450 m³/h	(15-30)°C Su	%0,16 %0,21	2014/32/AB Direktifi (EK-1) TS EN ISO 4064-2 Standardına göre hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Hacimsel/Hacimsel Referans Debimetre Ölçüm Sistemi Q: Debi (m³/h)
Kütleli Sıvı Debisi Kütleli Su Debisi	15 t/h ≤ Q _m <600 t/h	(15-30)°C Su	%0,10	2014/32/AB Direktifi (EK-1) ISO 4185 ve TS EN ISO 4064-2 Standardına göre hazırlanmış kalibrasyon prosedürü Kütleli/Kütleli Referans Debimetre Ölçüm Sistemi Q _m : Kütleli Debi (ton/h)

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

